



INFORME RONDA 15-04 AÑO 2015

**SUBPROGRAMA
ÁCIDO SULFÚRICO**

**PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD
ENSAYOS DE APTITUD EN SALUD OCUPACIONAL**

Redactor:
BQ. Daniel Rojo M.

Revisor:
Ing. Pedro Quintanilla B.

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. LISTA DE LABORATORIOS PARTICIPANTES, AÑO 2015..... | 4 |
| 2. RESPONSABLES..... | 5 |
| 3. INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| 4. MATERIAL DE ENSAYO..... | 5 |
| 5. PROGRAMACIÓN 2015..... | 6 |
| 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO..... | 6 |
| 6.1. Valor Z..... | 6 |
| 6.2. Clasificación valor z..... | 6 |
| 7. CALIFICACIÓN DE PROFICIENCIA O DE BUEN DESEMPEÑO..... | 6 |
| 7.1. Proficiencia..... | 7 |
| 7.2. Rendimiento..... | 7 |
| 7.3. Calificación de la ronda..... | 7 |
| 8. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES..... | 7 |
| 8.1. Universo de datos..... | 7 |
| 8.2. Método analítico..... | 7 |
| 8.3. Técnica analítica..... | 7 |
| 8.4. Gráfica de distribución de valor z..... | 8 |
| 8.5. Tendencias por laboratorio..... | 9 |
| 8.6. Clasificación valor z..... | 9 |
| 8.7 Calificación de proficiencia (buen desempeño)..... | 9 |
| 9. TERMINOLOGÍA..... | 10 |
| 10. REFERENCIAS..... | 10 |
| 10. ANEXO..... | 11 |

1. **LISTA DE LABORATORIOS PARTICIPANTES, AÑO 2015.**

Laboratorio de Minería.
3M Chile S.A.
Antofagasta

Laboratorio Ambiental
Sgs-Chile Ltda. Sociedad De Control.
Santiago

Laboratorio de Toxicología Ocupacional
Instituto de Salud Pública de Chile
Santiago

Laboratorio de Higiene Industrial
Asociación Chilena de Seguridad.
Santiago

2. **RESPONSABLES.**

Coordinación y ejecución

BQ. Daniel Rojo

Email contacto. peec-eaocupacional@ispch.cl

3. **INTRODUCCIÓN.**

El Instituto de Salud Pública de Chile, en cumplimiento de su función de laboratorio de referencia nacional, tiene la misión de asegurar la calidad y consistencia de los resultados entregados por los laboratorios del área de la salud.

De esta forma, el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile, organiza programas de evaluación externa de la calidad (PEEC) para normalizar la calidad de los resultados emitidos por los laboratorios participantes. Los resultados de estos ensayos permiten a los laboratorios de Salud Ocupacional, evaluar su aptitud al momento de realizar las mediciones, y también su evolución, al analizar la información recopilada en el tiempo.

La información provista, permite a los laboratorios participantes tomar acciones con el fin de mantener un buen desempeño analítico, mejorando así la calidad de la evaluación de los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el desempeño de su labor.

Este año hemos realizado algunos cambios en el informe de ronda de acuerdo con solicitudes de laboratorios participantes del año anterior. Fundamentalmente se ha reemplazado el uso del parámetro de probabilidad normal estándar por la presentación de gráficos de tendencia para cada laboratorio. Esto se debe a que la interpretación de ese descriptor generaba confusión más que cumplir con su propósito, que era dar una señal de alerta cuando los resultados se aproximaban a los límites de los rangos de aceptabilidad.

4. **MATERIAL DE ENSAYO.**

El material utilizado en el subprograma de Ácido Sulfúrico, declara los siguientes valores:

| Muestra | Valor de referencia (µg) | Limite inferior (µg) | Limite superior (µg) |
|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Sul1504M1 | 30,30 | 24,24 | 36,36 |
| Sul1504M2 | 88,00 | 70,40 | 105,60 |

5. PROGRAMACIÓN 2015.

| | Ronda 15-04 |
|--------------------------------------|---------------------|
| Envío MR | 22/12/15 |
| Fecha límite recepción de resultados | 08/01/16 |
| Entrega resultados en sistema | 15/01/16 |
| Envío Informe Ronda | 19/01/16 |
| Período observaciones | 19/01/16 – 22/01/16 |
| Publicación Web (a partir de) | 25/01/16 |

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

6.1. Valor Z.

El parámetro "z" describe en qué medida los resultados informados por los laboratorios se alejan del valor de referencia asignado al material analizado. Este valor es adimensional e indica cuántas desviaciones estándares separan el valor informado por el participante, del valor de referencia. Se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Z = \frac{(X - \mu)}{\sigma}$$

Donde:

X es el valor informado por el laboratorio participante.

μ es el valor de referencia asignado.

σ es la desviación estándar del valor de referencia.

6.2. Clasificación valor z.

Los criterios de aceptabilidad, están definidos por el valor obtenido por cada laboratorio, y son clasificados de la siguiente manera:

$2,00 \geq |Z|$: el resultado del laboratorio es Satisfactorio (S).

$2,00 < |Z| \leq 3,00$: el resultado es Cuestionable (Q)

$3,00 < |Z|$: el resultado del laboratorio es Insatisfactorio (IS)

7. CALIFICACIÓN DE PROFICIENCIA O DE BUEN DESEMPEÑO.

Con el fin de mejorar la información que se entrega a los participantes como parte del análisis de los resultados por ronda, se entrega la calificación de rendimiento de la ronda y la de Proficiencia.

7.1. **Proficiencia.**

Se clasificará como **Proficiente (P)** al laboratorio cuando al menos 6 resultados de 8, informados de manera consecutiva, estén dentro del rango de valores satisfactorios ($-2,00 \leq z \leq 2,00$).

No Proficiente (NP). Por defecto de la definición anterior, un laboratorio será clasificado como "no proficiente" cuando no reúna el criterio anterior.

7.2. **Rendimiento.**

Razón de valores z satisfactorios alcanzados,

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de valores } z \text{ en rango aceptable}}{\text{N}^\circ \text{ de muestras de la ronda}}$$

donde:

Numerador: número de valores z en el rango de valores verdaderos ($-2,00 \leq z \leq 2,00$).

Denominador: número total de muestras analizadas en la ronda.

7.3. **Calificación de la ronda.**

Aceptable (A): 75% o más valores z dentro del rango de valores verdaderos ($-2,00 \leq z \leq 2,00$).

No aceptable (NA): más de 25% de valores de z fuera de rango de valores verdaderos ($z < -2,00$ ó $z > 2,00$)

8. **RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES.**

8.1. **Universo de datos.**

Ronda 15-04. La ronda fue adscrita por 4 laboratorios participantes, todos los cuáles informan resultados. Los valores reportados son incluidos en la sección Anexo, Tabla 1.

8.2. **Método analítico.**

En esta ronda no se recopiló información de los métodos analíticos utilizados.


8.3. **Técnica analítica.**

De los laboratorios participantes, tres declaran utilizar cromatografía iónica y uno Cromatografía líquida con detector conductimétrico.

8.4. Gráfica de distribución de valor z.

La estandarización de los valores reportados por los participantes para las muestras de la ronda, es presentada a continuación en la gráfica de barras. Los datos de origen, son incluidos en la sección Anexos, Tabla 1.

Ronda 15-04




Comentario.

La gráfica de valores Z muestra que para la muestra Sul1504M1, todos los laboratorios informan valores en el rango satisfactorio. Para la muestra Sul1504M2, se observa la misma situación.

8.5. Tendencias por laboratorio.

Con el fin de determinar las variaciones en el tiempo de los resultados de cada laboratorio, se muestran los gráficos de tendencia en los resultados de las últimos cuatro rondas.



8.6. Clasificación valor z.

Resumen de la clasificación alcanzada por cada laboratorio, para cada muestra informada.

| Laboratorio | Clasificación valor Z | |
|-------------|-----------------------|-----------|
| | Sul1504M1 | Sul1504M2 |
| 200003 | S | S |
| 200004 | S | S |
| 200006 | S | S |
| 200009 | S | S |

S: satisfactorio; Q: cuestionable; IS: insatisfactorio; NI: no informa.

8.7 Calificación de proficiencia (buen desempeño).

Resumen de la calificación alcanzada por cada laboratorio, junto con cada muestra informada, correspondiente a la ronda 15-04:

| Código | ID Ronda | Rendimiento | Clasificación Ronda | Proficiencia |
|--------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 200003 | 2015-Envío 1 | 0/2 | NA | NP |
| | 2015-Envío 2 | 1/2 | NA | |
| | 2015-Envío 3 | 0/2 | NA | |
| | 2015-Envío 4 | 2/2 | A | |
| 200004 | 2015-Envío 1 | 1/2 | NA | P |
| | 2015-Envío 2 | 2/2 | A | |
| | 2015-Envío 3 | 2/2 | A | |
| | 2015-Envío 4 | 2/2 | A | |
| 200006 | 2015-Envío 1 | 2/2 | A | P |
| | 2015-Envío 2 | 2/2 | A | |
| | 2015-Envío 3 | 2/2 | A | |
| | 2015-Envío 4 | 2/2 | A | |
| 200009 | 2015-Envío 1 | 1/2 | NA | P |
| | 2015-Envío 2 | 2/2 | A | |
| | 2015-Envío 3 | 1/2 | NA | |
| | 2015-Envío 4 | 2/2 | A | |

Comentarios.

Al término de ronda 15-04, los laboratorios 200004, 200006 y 200009 alcanzan una calificación de "Proficiente", ya que reúnen como mínimo 6 resultados satisfactorios, de un total de 8. El laboratorio 200003 no reúne suficientes resultados satisfactorios para recibir dicha calificación.

9. TERMINOLOGÍA.

Valor de referencia: valor asignado al material de referencia.

Rango de referencia: rango de valores informado por el material de referencia.

10. REFERENCIAS.

- ISO/IEC 17043 CONFORMITY ASSESSMENT GENERAL REQUERIMENTS FOR PROFICIENCY TESTING. 2010
- ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA PARA QUIMICA ANALITICA. James Miller y Jane Miller. 4º Edición.
- Bases Técnicas de los Ensayos de Aptitud. Laboratorio de Salud Ocupacional, Instituto de Salud Pública.

- Bases Generales PEEC-EA. Laboratorio de Salud Ocupacional, Instituto de Salud Pública.
- Decreto Supremo 594 Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

10. ANEXO.

Tabla 1: Valores informados.

| Código Laboratorio | Muestra | Informado μg | Z |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 200003 | Sul1504M1 | 28,80 | -0,50 |
| | Sul1504M2 | 82,20 | -0,66 |
| 200004 | Sul1504M1 | 35,70 | 1,78 |
| | Sul1504M2 | 100,70 | 1,44 |
| 200006 | Sul1504M1 | 31,52 | 0,40 |
| | Sul1504M2 | 89,61 | 0,18 |
| 200009 | Sul1504M1 | 29,30 | -0,33 |
| | Sul1504M2 | 93,3 | 0,60 |

Tabla 2: Valores de referencia

| Muestra | Valor de referencia (μg) | Limite inferior (μg) | Limite superior (μg) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sul1504M1 | 30,30 | 24,24 | 36,36 |
| Sul1504M2 | 88,00 | 70,40 | 105,60 |

Tabla 3: Promedio y dispersión de valores informados.

| Muestra | Promedio Ronda μg | SD Ronda μg |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| Sul1504M1 | 31,33 | 3,14 |
| Sul1504M2 | 91,45 | 7,70 |